

Бир маротабалик тиббий ниқобларига (стерилланмаган) қўйиладиган талаблар:

- Бир маротабалик тиббий ниқоби (стерилланмаган) - **O'z DSt 3452:2020** талабларига мос келиши ва ишлаб чиқарувчи корхона **ISO 9001** талабларига жавоб бериши лозим.

- Бир маротабалик тиббий ниқоб (стерилланмаган) ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган тиббиёт материаллари Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан фойдаланишга рухсат этилган бўлиши зарур.

- Бир маротабалик тиббий ниқобининг (стерилланмаган) ўрамсиз соф оғирлиги 10 граммдан ошмаслиги керак.

- Бир маротабалик тиббий ниқоби (стерилланмаган) бурун кисмига мустахкам ўрнашишини таъминловчи тасмага эга бўлиши керак.

- Бир маротабалик тиббий ниқоби (стерилланмаган) 3 қаватли

(Spanbond ► Melt-blown ► Spanbond) юмшоқ ва аллергик омилларни чақирмайдиган материалларидан тайёрланган ҳамда зичлиги (плотность) 20-30 г/м² бўлиши лозим.

- Бир маротабалик тиббий ниқоби (стерилланмаган) бир герметик ёпилган ўрамда (полиэтилен пакет) 5, 10 донадан ва бир гофра картон транспорт қутиларга 1000 донагача жойлаштирилган бўлиши керак.

- Бир маротабалик тиббий ниқоби (стерилланмаган) оқ, кўк ёки яшил рангларда бўлиши мақсадга мувофиқ.

- Бир маротабалик тиббий ниқоби (стерилланмаган) 175x95 мм ўлчамида бўлиши керак.

- Бир маротабалик тиббий ниқоби (стерилланмаган) **FFP1** турида бўлиши зарур.

- Бир маротабалик тиббий ниқобининг (стерилланмаган) сақлаш муддати 5 йилдан кам бўлмаслиги лозим.

- Бир маротабалик тиббий ниқоби (стерилланмаган) ўрам ва қутиларни маркировкаси O'z DSt 3452:2020 талабларига мос келиши ва қуидагилардан иборат бўлиши лозим:

- ишлаб чиқарувчи корхонанинг юридик манзили, телефон рақами ва товар белгиси;

- маҳсулотнинг номи;

- ниқобни ўлчамлари;

- партия рақами;

- тиббий ниқобининг сони, ишлаб чиқарилган санаси (ой, йил) ва кафолатланган сақлаш муддати (5 йилдан кам бўлмаган холда);

- узоқ муддат сақлаш шартлари;

- стандарт белгиси.

- Етказиб бериладиган маҳсулот ўрнатилган тартибда тегишли идорлаларда Норматив хужжатлар талабларига мувофиқлиги мажбурий экспертизадан ўтказилади. Етказиб бериладиган маҳсулот янги ишлаб чиқарилган бўлиши ва етказиб берилган санада, маҳсулотнинг ишлаб чиқарилган муддати 3 ойдан ошмаган бўлиши шарт.