

Тиббий дока (марля медицинская) қўйиладиган талаблар:

- Тиббий дока (марля медицинская) - O`zDSt 3186:2017 талабларига мос келиши шарт.
- Тиббий дока (марля медицинская) хом-ипакдан (шелка-сырца) ишлаб чиқарилиши ва сақлаш муддати 5 йилдан кам бўлмаслиги лозим.
- Дока юзасининг зичлиги 16,5-36,5 г/м² бўлиши лозим;
- Дока узинлиги, бир кесик шойи – 50 м кам эмас, рулонда 100 м дан 500 м гача.
- Кенглик (60 см ± 1,0); (72 см ± 1,0); (95 см ± 1,0) кам эмас.
- Тўқилиши: полотно.
- Матонинг ўрталарида қаттиқ букулган қатламлар, марли кирраларида эгилган синиқлар бўлиши мумкин эмас.
- Оқлиги 80% кам бўлмаган.
- Тиббий дока (марля медицинская) **O`zDSt 3186:2017** талаблари асосида қадоқланиши шарт.
- Тиббий дока (марля медицинская) хар бир транспорт тараси маркировкаси қуйидагилардан иборат бўлиши лозим:
 - ишлаб чиқарувчи корхонанинг номи ёки товар белгиси, юридик манзили, телефон рақами;
 - маҳсулотнинг номи ва маҳсулот вазифаси;
 - тиббий дока ўлчамлари;
 - нетто вазни, кг;
 - партия рақами;
 - тиббий дока (марля медицинская) ишлаб чиқарилган санаси (кун, ой, йил);
 - сақлаш шароити;
 - стандарт белгиси;
 - сертификат тўғрисида маълумот;
 - кафолатланган сақлаш муддати (5 йилдан кам бўлмаган холда);
 - “O`ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQRILGAN” дган йозув.
- Етказиб бериладиган маҳсулот ўрнатилган тартибда тегишли идораларда Норматив хужжатлар талабларига мувофиқлиги мажбурий экспертизадан ўтказилади. Етказиб бериладиган маҳсулот янги ишлаб чиқарилган бўлиши ва етказиб берилган санада, маҳсулотнинг ишлаб чиқарилган муддати 3 ойдан ошмаган бўлиши шарт.