

Респиратор (N95 туридаги) юз ниқобига қўйиладиган талаблар:

- Етказиб бериладиган маҳсулотлар мавжуд стандартларга мос келиши ҳамда **ГОСТ 12.4.294-2015** талаблари асосида ишлаб чиқарилган бўлиши ва ишлаб чиқарувчи корхона **ISO 9001** талабларига жавоб бериши лозим.;
 - Респиратор (N95 туридаги) юз ниқоби - **ГОСТ 12.4.294-2015** талабларига мос келиши;
 - Респиратор (N95 туридаги) юз ниқоби ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган тиббиёт материаллари Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан фойдаланишга рухсати мавжудлиги;
 - Респиратор (N95 туридаги) юз ниқоби **FFP2** турида бўлиши;
 - Респиратор (N95 туридаги) юз ниқоби 4 қаватдан кам бўлмаган (**Spanbond ▶ Melt-blown ▶ Melt-blown ▶ Spanbond**) фойдаланиш даврида ўз шаклини сақлаб қолувчи, хар томонлама фойдаланишга қулай, аллергик омилларни чақирмайдиган материалларидан тайёрланган ҳамда зичлиги (плотность) 30 г/м² бўлиши ҳамда енгил нафас олиш ва чиқаришни таъминловчи клапанга эга эканлиги;
 - Респиратор (N95 туридаги) юз ниқобининг филтрлаш даражаси 95% дан кам бўлмаслиги;
 - Респиратор (N95 туридаги) юз ниқобининг сақлаш муддати 5 йилдан кам бўлмаслиги;
 - Респиратор (N95 туридаги) юз ниқоби бир герметик ёпилган ўрамда (полиэтилен пакет) 5, 10 донадан ва бир гофра картон транспорт қутиларга 1000 донагача жойлаштирилган бўлиши керак.
 - Респиратор (N95 туридаги) юз ниқоби оқ рангда бўлиши мақсадга мувофиқ.
 - Респиратор (N95 туридаги) юз ниқоби ўрам ва қутиларни маркировкаси ГОСТ 12.4.294-2015 талабларига мос келиши ва қўйидагилардан иборат бўлиши лозим:
 - ишлаб чиқарувчи корхонанинг юридик манзили, телефон рақами ва товар белгиси;
 - маҳсулотнинг номи;
 - Респиратор (N95 туридаги) юз ниқобининг ўлчамлари;
 - партия рақами;
 - Респиратор (N95 туридаги) юз ниқобининг сони, ишлаб чиқарилган санаси (ой, йил) ва кафолатланган сақлаш муддати (5 йилдан кам бўлмаган холда);
 - узок муддат сақлаш шартлари;
 - стандарт белгиси.
 - Етказиб бериладиган маҳсулот ўрнатилган тартибда тегишли идорлаларда Норматив хужжатлар талабларига мувофиқлиги мажбурий экспертизадан ўтказилади. Етказиб бериладиган маҳсулот янги ишлаб чиқарилган бўлиши ва етказиб берилган санада, маҳсулотнинг ишлаб чиқарилган муддати 3 ойдан ошмаган бўлиши шарт.